

CERTIFIKÁT KVALITY / CERTIFICATE OF QUALITY**Názov produktu / Product name: PYR reagent****P.N.: 3003****Šarža / LOT: 202401041****Dátum expirácie / Exp. Date: 2026/01****Skladovacie podmienky / Storage: +2°C až / to +8°C**

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Functionality of product was verified with following control strains in accordance with valid company norm. On base of results product meets control requirements.

Enterococcus faecalis CCM 4224

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 a v súlade s nariadením EÚ 2017/746.

Produced in compliance with standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and in compliance with Directive EÚ 2017/746.

05. 01. 2024

Dátum / Date

Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality /
Managing director