

## EU prohlášení o shodě

### Antimycotic Sensitivity Agar ( Casitone )

vydané na výhradní odpovědnost výrobce

v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU („IVDR“).

Výrobce: VIAMAR INTERNATIONAL, s.r.o.  
Sídlo: U Habrovky 247/11, 1400 00, Praha 4, Česká republika  
IČ: 25056484  
DIČ: CZ25056484

Tímto prohlašuje, že u diagnostického zdravotnického prostředku in vitro:

Obchodní název: Antimycotic Sensitivity Agar ( Casitone )  
Katalogové číslo: 98055  
Základní UDI-DI: 85941999298055C2  
Riziková třída: A podle pravidla 5a (příloha VIII IVDR)  
Určený účel: Antimycotic sensitivity test agar se používá pro provedení antimikrobiálního kvalitativního testu citlivosti diskovou difúzní metodou. Tento agar není vhodný pro testování fluorocytosinu.

byla posouzena **shoda** s IVDR. Pro posouzení shody byl použit článek 48 odstavec 10 a přílohy II a III IVDR.

V sídle společnosti dne 25.5.2022.



 **viamar**

VIAMAR INTERNATIONAL s.r.o.  
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4  
IČO: 25056484 DIČ: CZ25056484

-1-

Mgr. Marek Cienciala  
Jednatel společnosti  
VIAMAR INTERNATIONAL, s.r.o.

Datum účinnosti: 2022-05-25  
Vydání: 1  
Strana: 1 (celkem 1)

