

CERTIFIKÁT KVALITY / CERTIFICATE OF QUALITY

Názov produktu / Product name: PHE reagent

P.N.: 3007

Šarža / LOT: 202401043

Dátum expirácie / Exp. date: 2026/01

Skladovacie podmienky / Storage: +2°C až / to +8°C

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Functionality of product was verified with following control strains in accordance with valid company norm. On base of results product meets control requirements.

Proteus sp. (vulgaris) CCM 1799

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 a v súlade s nariadením EÚ 2017/746.

Produced in compliance with standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and in compliance with Directive EÚ 2017/746.



05. 01. 2024
Dátum / Date

Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality /
Managing director