

# **CERTIFIKÁT KVALITY / CERTIFICATE OF QUALITY**

**Názov produktu / Product name: MIC COL**

**P.N.: 8011**

**Šarža / LOT: 202411071**

**Dátum expirácie / Exp. date: 2026/11**

**Skladovacie podmienky / Storage: +2°C až / to +25°C**

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Functionality of product was verified with following control strains in accordance with valid company norm. On base of results product meets control requirements.

*Escherichia coli CCM 3954 (ATCC25922)*

*Pseudomonas aeruginosa CCM 3955 (ATCC 27853)*

*Staphylococcus aureus CCM 4223 (ATCC 29213)*

*Enterococcus faecalis CCM 4224 (ATCC 29212)*

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 a v súlade s nariadením EÚ 2017/746.

Produced in compliance with standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and in compliance with Directive EÚ 2017/746.



13. 11. 2024  
Dátum / Date

Mgr. Petr Sára  
Manažér riadenia a  
zabezpečenia kvality /  
Managing director