

## CERTIFIKÁT KVALITY

**Názov produktu: NEISS 8**

**P.N.: 1004**

**Šarža: 201501151**

**Dátum expirácie: 2017/01**

**Skladovacie podmienky: +2 až +25°C**

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou. Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

*Neisseria lactamica CCM 4392*

*Neisseria subflava CCM 3482*

*Neisseria meningitidis CCM 4634*

*Moraxella catharalis CCM 4391*

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

15. 1. 2015

Dátum



Mgr. Petr Sára  
Manažér riadenia a  
zabezpečenia kvality