

CERTIFIKÁT KVALITY

Názov produktu: NEISS 8

P.N.: 1004

Šarža: 201405161

Dátum expirácie: 05/2016

Skladovacie podmienky: +2 až +25°C

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou. Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Neisseria lactamica CCM 4392

Neisseria subflava CCM 3482

Neisseria meningitidis CCM 4634

Moraxella catharalis CCM 4391

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

20. 5. 2014

Dátum



Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality